



PREFEITURA  
**TERESÓPOLIS**  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Administração- Departamento de Suprimentos e Licitação

**AVISO Nº 71/2022**

**ERRATA REFERENTE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2022.**

**ONDE SE LÊ:**

**XV - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA O PREGÃO 2021 DO PROGRAMA DE AUTOMONITORAMENTO GLICÊMICO (AMG)**

15.1. **Tiras ou fitas reagentes** para medição da concentração de glicose no sangue total de neonato a adulto, para determinação com qualquer química enzimática e método/sistema de leitura através de amperometria. A faixa de medição deve estar entre 20 mg/dL a 600 mg/mL.

15.2. A embalagem de acondicionamento das tiras deve trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro no Ministério da Saúde e carimbada com os dizeres “VENDA PROIBIDA AO COMÉRCIO”. A embalagem principal deve conter no máximo 100(cem) unidades de fita ou tira reagente. Cada fita ou reagente corresponde a 1(uma) unidade, que devem estar embaladas individualmente. Justificativas para a dispensação da embalagem unitária individual:

- Permitir a dispensação do número exato de tiras por mês;
- Evitar a exposição das demais tiras ao calor, umidade e luz, quando do manuseio;
- Evitar o risco e contaminação das tiras remanescentes no frasco quando do manuseio, o que poderia possibilitar erros de leitura, com consequente necessidade de repetição do exame, que acabaria por elevar o custo financeiro.

A empresa vencedora deve:

- Fornecer, no mínimo, 2.500 (dois mil e quinhentos) **aparelhos** novos com tecnologia correspondente à das tiras – amperométrica, acompanhados de manual.
- **Fornecer, no mínimo, 2.500 (dois mil e quinhentos) lancetadores ou canetas compatíveis com as lancetas e com a maioria das lancetas existentes.**
- Substituir aparelhos danificados ou que apresentarem algum tipo de defeito.
- Fornecer, no mínimo, 500 (quinhentos) **bateria** apara os aparelhos.

**LEIA-SE:**



PREFEITURA  
**TERESÓPOLIS**  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Administração- Departamento de Suprimentos e Licitação

**XV - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA O PREGÃO 2022 DO PROGRAMA DE AUTOMONITORAMENTO GLICÊMICO (AMG)**

15.1. **Tiras ou fitas reagentes** para medição da concentração de glicose no sangue total de neonato a adulto, para determinação com qualquer química enzimática e método/sistema de leitura através de amperometria. A faixa de medição deve estar entre 20 mg/dL a 600 mg/mL.

15.2. A embalagem de acondicionamento das tiras deve trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro no Ministério da Saúde e carimbada com os dizeres "VENDA PROIBIDA AO COMÉRCIO". A embalagem principal deve conter no máximo 100(cem) unidades de fita ou tira reagente. Cada fita ou reagente corresponde a 1(uma) unidade, que devem estar embaladas individualmente. Justificativas para a dispensação da embalagem unitária individual:

- Permitir a dispensação do número exato de tiras por mês;
- Evitar a exposição das demais tiras ao calor, umidade e luz, quando do manuseio;
- Evitar o risco e contaminação das tiras remanescentes no frasco quando do manuseio, o que poderia possibilitar erros de leitura, com consequente necessidade de repetição do exame, que acabaria por elevar o custo financeiro.

A empresa vencedora deve:

- Fornecer, no mínimo, 2.500 (dois mil e quinhentos) **aparelhos** novos com tecnologia correspondente à das tiras – amperométrica, acompanhados de manual.
- Substituir aparelhos danificados ou que apresentarem algum tipo de defeito.
- Fornecer, no mínimo, 500 (quinhentos) **bateria** para os aparelhos.

Em, 04 de fevereiro de 2022.

**Sr. Douglas Magno Amancio de Oliveira**  
**Pregoeiro**