

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00098/2022-000

**1 - Itens da Licitação**

**1 - Locação de Equipamento de Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Agitador de plaquetas Painel com display de cristal líquido (LCD) com controle microprocessado, teclado para ajustes de tempo de processo, velocidade e início e parada da agitação; Velocidade ajustável em 70bpm; Base construída em chapa de aço com pintura epóxi de alta resistência e eletrostática; Plataforma com 6 prateleiras removíveis em aço inox com capacidade para até 48 bolsas de concentrado de plaquetas; Sistema de timer programável de 01 minuto à 24 horas ou funcionamento contínuo; Alarme audiovisual para falta de energia, com indicação de Led no painel do equipamento com bateria de 9V recarregável, sendo acionado por chave no painel; Tecla no painel para pausa e início do ciclo, facilitando a remoção e inclusão de bolsas - quant. 01

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Valor Total (R\$):** 22.680,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresópolis/RJ (12)

**2 - Locação de Equipamento de Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Alicates de ordenha em liga de carbono, utilizado para retirada de sangue residual em segmentos de bolsa de sangue, com dois roletes em aço inox para refluir o sangue do segmento não necessitando de requisitos especiais para seu armazenamento. Peso 70g. - quant. 03

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Valor Total (R\$):** 5.760,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresópolis/RJ (12)

**3 - Locação de Equipamento de Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Analisador Automatizado - O equipamento deve ser controlado por um microprocessador idealizado para automatizar completamente o teste de diagnóstico in vitro de imunohematologia em sangue humano. Permitir automatizar as funções de processamento dos testes, interpretações dos resultados e gestão dos dados. Deve automatizar testes de imunohematologia padrão que usam uma plataforma baseada em tiras de micro-poços. As análises incluem grupagem ABO e Rh (D), pesquisa/identificação de anticorpos de glóbulos vermelhos IgG, testes de compatibilidade e fenotipagem de glóbulos vermelhos. O equipamento deverá ter performance de 75 amostra de ABO e PAI por hora/equipamento. Evitando manipulação de residual do material biológico contaminante, o analisador de imuno-hematologia deverá ter conexão direta com a rede de esgoto. - quant. 01

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Valor Total (R\$):** 234.000,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresópolis/RJ (12)

**4 - Locação de Equipamento de Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Autoclave horizontal : equivalente ou de qualidade superior a estas especificações: aparelho para esterilização á vapor sob pressão; capacidade da câmara 21 litros; bivolt automático 127/220V; Pressão de esterilização : 2,3Kgf/cm<sup>2</sup>(\_0,2Kgf/cm<sup>2</sup>); Temperatura de operação: 100 a 134°C; Potência: 1500 a 1600 Watts; Porta da câmara interna em aço inox; câmara interna em aço inox; Abastecimento manual da câmara com água destilada; Acompanha galão de descarte com mangueira , abraçadeira e copo dosador de água; dimensão externa: 35 a 45 cm largura; 35 a 45 cm altura, 55 a 65 cm profundidade; peso bruto: 25 a 35kg - quant. 01

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Valor Total (R\$):** 11.640,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresópolis/RJ (12)

**5 - Locação de Equipamento de Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Balança semi-analítica eletrônica de precisão; gabinete resistente a corrosão e oxidação, em alumínio; dispositivo antifurto, que facilita a fixação da balança; display LCD com alto contraste de fácil visualização, com exibição das unidades de medida, símbolos e funções; dotada das seguintes funções: porcentagem, contagem de peças, formulação e comparador de pesos; capacidade de gerar relatórios com data e hora e número de série; dotada de relógio de tempo real com bateria de longa vida útil (duração mínima de 5 anos); fonte de alimentação externa, tensão de operação bivolt de 90 a 240 Volts, 50/60Hz, potência consumida 5VA; saída serial RS 232C; capacidade: 5.100g; divisão: 0,1g; repetitividade: 0,2g; linearidade: 0,2g; dimensões do prato: circular de 135mm; faixa de tara: Até a carga máxima; temperatura de uso: 15 a 35°C; tempo de estabilização: 0,5 a 4 segundos; ajuste de rede elétrica: 90 a 240V AC; garantia de fábrica de 12 meses; Manual de instruções em português; selo e certificado de aprovação pelo INMETRO. manual de operação em português; garantia do fabricante mínima de 01 (um) ano; embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante- quant 2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Valor Total (R\$):** 16.680,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresópolis/RJ (12)

**6 - Locação de Equipamento de Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Poltrona hospitalar para hemodiálises motorizada com três motores. Construída em tubo de aço 50 x 30 x 2,00mm com pés recuados, revestida com uma carenagem em material termoplástico de alta resistência. Dividido em 3 partes sendo, dorso, assento e pernas. Estofado anatômico construído em espuma D-45 com revestimento em courvim de primeira qualidade. Braços com apoio em toda extensão antebraço, eleváveis com regulagem de altura, côncavos e acolchoados e revestimento em courvin. Sistema de acionamento dos movimentos por motores elétricos, feito através de comando destacável, junto ao assento da poltrona. Tensão principal 110/220 Volts - 50/60 Hz e tensão secundária 24 Volts - 2 A. Elevação de altura, trendelemburg, dorso e pernas independentes. Rodízios com banda de rodagem condutiva e freios de dupla ação em diagonal. Capacidade: Até 250 Kg. Acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso - quant. 4

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Valor Total (R\$):** 74.136,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresópolis/RJ (12)

**7 - Locação de Equipamento de Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Câmara para armazenamento de sangue e concentrados eritrócitos (hemácias) em +4°C ±1.5°C legalmente seguro, de acordo com as normas DIN 58371, ONORM K 2030 & Medical 93/42/ CEE, porta de vidro com vidro isolante TRIPLA para checagens rápidas e pré-seleção do conteúdo armazenado, interruptor operado por chave padrão (botão lig/deslig) trava de segurança na porta, indicador de temperatura digital (visor 0,1 dígitos), sistema de resfriamento controlado para temperatura constante incluindo a temperatura de distribuição no interior de toda câmara de refrigeração, desligamento automático do ventilador quando a porta frontal é aberta, sistema de alarme auto suficiente com bateria integrada que assume a função e a mensuração do valor de temperatura em caso de falta de energia pelo menos 48 horas, sinal acústico/ visual em caso de alarme de temperatura e falta de energia elétrica, todos os dados relevantes de alarme de temperatura e de falta de energia elétrica são armazenados no histórico de alarmes como por exemplo, datas e horários do início e término, temperaturas mínimas, máxima e média, teste de funcionamento do alarme com sim

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Valor Total (R\$):** 64.368,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresópolis/RJ (12)

**8 - Locação de Equipamento de Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Centrifuga digital refrigerada de solo. Rotação até 4.300 RPM. Software com capacidade para mais de 12 programas. Temporizador de 01 a 999 minutos com rotor usinado em liga de alumínio especial. Motor trifásico. Bacia - cuba interna e tampa de fechamento com proteção microbiológica em aço inox e fechamento automático motorizado. Possuir avisos de desbalanceamento tampa aberta, temperatura alta, temperatura baixa, final de centrifugação. Alimentação 220Vts. Capacidade: 6 Bolsas de coleta de sangue 500 ML. - quant. 1

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Valor Total (R\$):** 459.000,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresópolis/RJ (12)

**9 - Locação de Equipamento de Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Descongelador de plasma e cestas construídos em aço inoxidável polido Exterior em pintura epóxi antiferrugem com tratamento antibacteriano Cestas internas móveis, com espaço para bolsas totalmente separado. Abertura de acesso ao interior do equipamento de tamanho grande que facilita para facilitar a limpeza. Tampa da abertura de acesso ao equipamento em material resistente. Sistema de dreno que permite esvaziamento fácil e rápido da câmara para facilitar a limpeza. Sistema eletrônico de controle de temperatura. Controlador de temperatura microprocessado com alarme visual e sonoro para altas temperaturas e final de ciclo de congelamento. Display com controles independentes para cada cesta de descongelamento Capacidade de descongelamento de até 2 unidades de bolsas de plasma Elétrica: 100 V 50 Hz 8A, 115 V 50/60 Hz 6A, ou 230 V 50/60 Hz 3A  
Temperatura de operação: 5 até 35° C. Dispositivo de acordo com os padrões CSA 151 e UL padrão 1252 para construção e segurança elétrica. - quant. 2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Valor Total (R\$):** 165.672,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresópolis/RJ (12)

**10 - Locação de Equipamento de Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Extrator automático de componentes sanguíneos compatível com bolsas para coleta de sangue convencionais ou T&B (TOP & BOTTOM), com duas prensas eletrônicas completamente controladas para velocidade, posição e força, procedimentos de remoção de ar automáticos, com controles de buffy-coat (camada leucoplaketária) quando se utiliza bolsas T&B, regulador de fluxo com sensor ótico de alta precisão, seis componentes seladores, balanças, leitor de código de barras, controle de posicionamento de tubos, comunicação Wi-fi ou RS485, prensa principal com balança integrada. Deve permitir a abertura do lacre automatizada evitando LER - quant. 1

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Valor Total (R\$):** 39.648,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresópolis/RJ (12)

**11 - Locação de Equipamento de Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Freezer- Equipamento vertical de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica.- Câmara interna em aço inoxidável com seis prateleiras ou gavetas fabricadas em aço inoxidável.- Capacidade para armazenamento mínimo de 500 litros úteis ou 450 bolsas de 500 ml.- Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado Powered by TCPDF () expandido livre de CFC.- Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna.- Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional.- Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento.- Porta tipo "cega" por acesso vertical.- Iluminação interna temporizada em led de alta capacidade e vida útil, acionamento na abertura da porta ou externamente direto no painel com temporizador programável pelo usuário.- Painel de comandos e controles frontal superior de fácil acesso, com sistema microprocessado pelo display em lcd, programável de -15°C a -35°C com temperatura controlada automaticamente a -30°C por solução diatérmica - quant. 2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Valor Total (R\$):** 86.400,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresópolis/RJ (12)

**12 - Locação de Equipamento de Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Hemoglobímetro portátil. - leitura da hemoglobina dentro de 10 segundos; por fotometria digital; medição através de absorbância do sangue total em um ponto isobéptico de Hb/HbO2 em dois comprimentos de onda 506 nm e 880 nm; calibrado de fábrica, opera em temperatura de 10- 40°C e não necessita de calibrações adicionais; sistema automático de autoteste para verificação de calibração do fotômetro no início e em intervalos regulares; Alimentação: Automática 100-240 V - 50/60 Hz ou 4 pilhas do tipo AA - quant. 2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Valor Total (R\$):** 28.728,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresópolis/RJ (12)

**13 - Locação de Equipamento de Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Homogeneizadores com monitor de coleta de sangue moderno desenhado com avançada tecnologia, aceita qualquer tipo de bolsa de sangue. Homogeneização 3D garante melhor mistura do sangue com o anticoagulante. Alarmes ajustáveis para fluxos altos ou baixos e esquema de tempo de doação máximo de até 20 minutos. Valores padrão programados para os parâmetro. mais comuns de coleta. Volume de coleta modificável durante a doação. Tara da bolsa vazia com fechamento do fluxo automático no final da doação contendo alarmes visíveis e audíveis. Interruptor de segurança para controlar se o tubo está bem inserido no grampo. No final de cada doação o display mostra o volume coletado e o tempo da doação, em minutos e segundos. Durante a coleta o display exibe: tempo de doação, volume coletado e fluxo comum de doação. Todos os dados da coleta podem ser revisados e lidos da memória do homogeneizador ou enviados para o computador via Wireless. O sistema de pesagem do homogeneizador é resistente e de simples calibração. Com autonomia de bateria recarregável o homogeneizador pode funcionar sem energia. Com possibilidade de formação de rede - quant. 4

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Valor Total (R\$):** 197.904,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresópolis/RJ (12)

**14 - Locação de Equipamento de Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Incubadora para tubos de ensaio, aquecedora, termostática 15 furos - quant. 2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Valor Total (R\$):** 8.640,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresópolis/RJ (12)

**15 - Locação de Equipamento de Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Seladora portátil e móvel para selar tubos de PVC de uso médico e criar um ponto de quebra. O diâmetro externo do tubo deve apresentar aproximadamente entre 3 e 4,6 mm e a espessura da parede do tubo não deve exceder 0,8 mm. Deve compreender: Maleta de transporte, alicate de selagem, cabo do alicate de selagem, cabo de alimentação para carga de bateria e unidade de potência. A bateria confeccionada em Polímero de Lítio e capacidade de realizar no mínimo 1000 selagens por carga completa de bateria em tubos padrão de bolsas de sangue. O sistema móvel e suas características de selagem podem também ser utilizadas em tubos (bolsas de sangue, kits de aférese, equipos de transfusão) acoplados aos doadores. Alicate manual de selagem com cabo coaxial flexível, possuir alarme detector de curto-circuito e falha de selagem e sistema autobalanceado que solda por Radio Freqüência, sem causar interferencia em outros equipamentos. Sistema de selagem é um sistema automático o qual pós-carga, realiza soldas sem a necessidade de ligar e/ou desligar o aparelho e não necessita de qualquer ajuste de regulagem de radiofreqüência e/ou tempo de solda. Além disso, o sistema deve permitir selagem do tubo da bolsa de sangue

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Valor Total (R\$):** 97.200,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresópolis/RJ (12)

**16 - Bolsa Coletora De Hemoderivados**

**Descrição Detalhada:** Material: Pvc, Aplicação: Coleta Sangue, Capacidade: 450 ML, Adicionais: Em Sistema Fechado, Coleta Amostra À Vácuo, Outros Componentes: Com Cpda-1, Tipo: Dupla, Composição: Tubo De Coleta, Agulhas, Protetor, Esterilidade: Estéril,Atóxica, Apirogênica,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1536

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 81.408,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresópolis/RJ (1536)

**17 - Bolsa Coletora De Hemoderivados**

**Descrição Detalhada:** Material: Pvc, Aplicação: Coleta Sangue, Capacidade: 450 ML, Adicionais: Em Sistema Fechado, Coleta Amostra À Vácuo, Outros Componentes: Com Cpda-1, Tipo: Tripla, Tipo Uso: P/ Plaquetas De 5 Dias, Composição: Tubo De Coleta, Agulhas, Protetor, Esterilidade: Estéril,Atóxica,Apirogênica,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1344

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 77.952,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresópolis/RJ (1344)

**18 - Lanceta**

**Descrição Detalhada:** Material Lâmina: Aço Inoxidável,Ponta Afiada,Trifacetada, Uso: Descartável, Características Adicionais: Estéril, Embalagem Individual, Tipo: Ultra Fina,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2400

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 1.296,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresópolis/RJ (2400)

**19 - Micropipeta**

**Descrição Detalhada:** Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte, Capacidade Aspiração: Até 1000 MCL, Componentes Adicionais: Com Carregador Bateria, Ajuste: Volume Regulável, Tipo\*: Monocanal, Digital,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2400

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 9.600,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresópolis/RJ (2400)

**20 - Reagente**

**Descrição Detalhada:** Tipo 5: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Qualitativo Cd3/Cd4/Cd8/Cd19/Cd45/Cd56, Método: Citometria De Fluxo, Apresentação 5: Teste,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4320

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Valor Total (R\$):** 69.984,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresópolis/RJ (4320)

**21 - Reagente**

**Descrição Detalhada:** Apresentação 5: Teste, Método: Citometria De Fluxo, Tipo De Análise: Qualitativo Cd3/Cd4/Cd8/Cd19/Cd45/Cd56, Tipo 5: Conjunto Completo,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1080

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Valor Total (R\$):** 18.900,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresópolis/RJ (1080)

**22 - Reagente**

**Descrição Detalhada:** Apresentação 5: Teste, Método: Citometria De Fluxo, Tipo De Análise: Qualitativo Cd3/Cd4/Cd8/Cd19/Cd45/Cd56, Tipo 5: Conjunto Completo,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4320

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Valor Total (R\$):** 51.840,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresópolis/RJ (4320)

**23 - Prova de compatibilidade pré-transfusional completa**

**Descrição Detalhada:** Prova de compatibilidade maior pré-transfusional. Microtubos em gel ou microplaca para prova cruzada, utilizando um microtubo ou uma cavidade da microplaca. Considera-se como um teste: uma prova de compatibilidade.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4320

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Valor Total (R\$):** 41.040,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresópolis/RJ (4320)

**24 - Reagente**

**Descrição Detalhada:** Apresentação 5: Teste, Método: Citometria De Fluxo, Tipo De Análise: Qualitativo Cd3/Cd4/Cd8/Cd19/Cd45/Cd56, Tipo 5: Conjunto Completo,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 648

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Valor Total (R\$):** 8.424,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresópolis/RJ (648)

**25 - Reagente**

**Descrição Detalhada:** Apresentação 5: Teste, Método: Citometria De Fluxo, Tipo De Análise: Qualitativo Cd3/Cd4/Cd8/Cd19/Cd45/Cd56, Tipo 5: Conjunto Completo,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1680

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Valor Total (R\$):** 37.800,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresópolis/RJ (1680)

**26 - Contador De Células**

**Descrição Detalhada:** Capacidade: Até 60 Amostras/Hora, Ajuste: Ajuste Mecânico, Com Saída P/ Interface, Outros Componentes: Com Sistema De Lavagem, Adicional: Até 30 Parâmetros, Tipo: P/ Células Sanguíneas, Memória: Até 50.000 Resultados,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 144

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 21.600,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresópolis/RJ (144)

**27 - Reagente**

**Descrição Detalhada:** Apresentação 5: Teste, Método: Citometria De Fluxo, Tipo De Análise: Qualitativo Cd3/Cd4/Cd8/Cd19/Cd45/Cd56, Tipo 5: Conjunto Completo,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 48

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Valor Total (R\$):** 7.200,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresópolis/RJ (48)

**28 - Reagente**

**Descrição Detalhada:** Apresentação 5: Teste, Método: Citometria De Fluxo, Tipo De Análise: Qualitativo Cd3/Cd4/Cd8/Cd19/Cd45/Cd56, Tipo 5: Conjunto Completo,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 240

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 33.360,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresópolis/RJ (240)

**29 - Reagente**

**Descrição Detalhada:** Apresentação 5: Teste, Método: Citometria De Fluxo, Tipo De Análise: Qualitativo Cd3/Cd4/Cd8/Cd19/Cd45/Cd56, Tipo 5: Conjunto Completo,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 7.680,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresópolis/RJ (12)

**30 - Ponteira laboratório**

**Descrição Detalhada:** Material: Polipropileno, Capacidade: Até 200 Mcl, Acessórios: Com Filtro Hidrófobo, Esterilidade\*: Estéril, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso\*: Descartável, Adicional: Condutiva,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6000

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 1.080,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresópolis/RJ (6000)

**31 - Microtubo**

**Descrição Detalhada:** Material: Polipropileno, Capacidade: Cerca De 1,5 ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável, Tipo Fundo: Fundo Cônico,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12000

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 24.000,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresópolis/RJ (12000)

**32 - Microtubo**

**Descrição Detalhada:** Material: Polipropileno, Tipo Fundo: Fundo Cônico, Capacidade: Cerca De 1,5 ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12000

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 5.400,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresópolis/RJ (12000)